



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CNPJ: 27.165.703/0001/26

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (PREFEITURA) - TERMO Nº 000053/2019

Pregão Eletrônico Nº 000054/2018

Processo: 020242 / 2017

Termo Nº 000053/2019

Empresa: RC SCIENTIFIC COM. INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELLI

CNPJ: 27.263.741/0001-11

Endereço: DISTRITO CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL), 1268 - SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - CEP: 04717003

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

<i>Lote</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
001	00021975	TEST JAR (TESTE DE JARROS) equipamento para controle da concentração de sulfato de alumínio- informações técnicas: 6 provas de capacidade de 2 litros; hastes e palhetas de agitação de aço inox e com regulação de altura; controle elétrico de velocidade de 10 a 700 rpm; alimentação de 110/220 v; base iluminada. marca de referência: splabor, policontrol ou equivalente.	UND	001	5.000,000	5.000,000
002	00021976	CLORÍMETRO . determinação de cloro livre e cloro total em análises de água- equipamento portátil para campo e laboratório- informações técnicas: menu auto explicativo com 3 teclas; calibração automática com curva de calibração de fábrica; monitoramento automático de carga de bateria; bateria de 9 volts; memória para armazenamento de até 99 resultados; registro e descarga das leituras em padrão glp; conjunto de 3 cubetas de vidro com tampas rosqueáveis; reagentes dpd e tampão (padrão secundário); maleta para transporte; manual de instrução em português; leitura de 0,00 a 5,0 mg/l e 0,00 a 11 mg/l; resolução de 0,01 mg/l; reprodutibilidade 0,02 mg/l; certificado de garantia. marca de referência: digimed, del lab, ou equivalente.	UND	001	1.200,000	1.200,000
003	00021977	COLORÍMETRO . determinação de cor em análises de água- equipamento portátil para campo e laboratório- informações técnicas: faixa de medição 0 a 500 µc; resolução automática: 0 a 500 µc e uma faixa de 0 a 500µc; precisão: desvio menor que 2%; desvio: ± 1µc; calibração automática completa para a faixa de 0 a 500 µc; uma curva feito pela fábrica e 1 para o usuário de até 20 pontos; memória de até 500 leituras; comprimento de onda na faixa de 400-700 nm; duas	UND	001	1.800,000	1.800,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 27.165.703/0001/26

cubetas de vidro com tampas rosqueáveis; alimentação com fonte de 9 volts ou via usb/ca 100 ~ 240 vac; maleta para transporte; manual em português; reagente padrão de cor pt/co 500 µc; certificado de garantia; marca de referência: digimed, del lab, policontrol (aquacolor) ou equivalente.

TURBIDÍMETRO-

equipamento portátil para campo e laboratório para análise de turbidez de água. informações técnicas do equipamento: escala em ntu, ebc, ftu, asbc; menu autoexplicativo; configuração com três teclas; calibração automática; memória de até 500 análises; solução de formazina estabilizada em diferentes quantidades: 10 ntu, 100 ntu e 500 ntu; bateria eliminador: 90 a 240 vac; bateria de 9 vcc; resolução: 0,01-0,1-1 ntu e ebc; seleção automática por faixa de trabalho; três cubetas de vidro calibradas com tampa; maleta para transporte; manual em português; certificado de garantia; marca de referência: digimed, del lab, ou equivalente.

004	00021978	UND	001	1.600,000	1.600,000
-----	----------	-----	-----	-----------	-----------

COMPARADOR COLORÍMETRO

com prisma. equipamento portátil para campo e laboratório para análise de ph e cloro em água. informações técnicas do equipamento: porta cubetas para duas cubetas; filtro de alta sensibilidade; prisma ótico; porta de disco intercambiável; leitura frontal; discos para leitura de cloro livre e total; discos para leitura de ph; maleta para transporte; manual de instrução em português. marca de referência: laderquímica; del lab; ou equivalente

007	00021981	UND	015	350,000	5.250,000
-----	----------	-----	-----	---------	-----------

14.850,00