




FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY
CNPJ: 10.427.499/0001-71



ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (SAÚDE) - TERMO Nº 000346/2022

Pregão Eletrônico Nº 000042/2022

Processo: 011069 / 2021

Termo Nº 000346/2022

MARCELA PEREIRA DE ALENCAR
 09920351717

Empresa: SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI

CNPJ: 35.253.171/0001-07

Endereço: RUA MAJOR NODGE ULISSES DE OLIVEIRA, 550 - PRAIA DE ITAPOA - VILA VELHA - ES - CEP: 29101770

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICAS

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
007	00030067	<p>APARELHO GLICOSÍMETRO monitor portátil de glicemia compatível com as tiras accu-chek active. monitor portátil para determinação quantitativa da glicemia em sangue total, com as seguintes características: tecnologia de fotometria (refletância). faixa de medição: 10 a 600 mg/dl. possibilita a coletada amostra com a tira reagente fora do monitor. resultados em: 5 segundos (coleta com a tira dentro do monitor) e 10 segundos (coleta com a tira fora do monitor). aprovado para coletar amostras de outros 6 locais do corpo, além das pontas dos dedos: palma da mão (2) / braço / antebraço / coxa / panturrilha. liga automaticamente coma colocação da tira reagente e desliga ao retirar a tira reagente, depois de realizado o teste. memória para 500 resultados com data e hora. média de resultados dos últimos 7, 14, 30 e 90 dias. procedimento padronizado de controle de qualidade através da verificação diretamente com as soluções controle(fornecido separadamente), que garantem a precisão e exatidão da tira nos níveis 1 e 2 (baixo e alto) e do monitor. dados da memória podem ser transferidos para software de gerenciamento de dados, permitindo análise de gráficos de tendências, comparação de grupos de pacientes, envio de dados para outros arquivos, entre outros). funciona com 1 bateria de lítio 3v do tipo cr2032. não perde resultados salvos na memória ao trocar a bateria. vida útil da bateria: aproximadamente 1000 testes. mensagens de alerta (valores acima ou abaixo da faixa de medição, substituição da bateria, fora da faixa de temperatura de trabalho) ou mensagens de erro (manuseio incorreto, amostra insuficiente, tira já utilizada, problema eletrônico, etc.).</p>	UND	045	50,0000	2.250,000
008	00027103	<p>TIRA REAGENTE GLICEMIA aplicação: determinação quantitativa de glicemia; amostra: sangue total; uso: monitor de glicemia compatível; faixa medição: 10~20 a 500~600mg/dl; metodologia de leitura: amperométrica ou fotométrica que atenda inclusive neonatos; temperatura de armazenamento: até 25°C; embalagem: embalado individualmente ou em frasco de 25/50 unidades; rotulagem: número do lote e data de validade presentes nas embalagens; certificação: bpf –</p>	UND	16000	0,5500	8.800,000

