



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 10.427.499/0001-71



ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (SAÚDE) - CONTRATO Nº 000459/2020

Pregão Eletrônico Nº 000078/2020

Processo: 016390 / 2020

Contrato Nº 000459/2020

Empresa: CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME

CNPJ: 20.444.829/0001-90

Endereço: RUA Zeferino Dias, 01 - SARANDI - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91130480

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	00027313	ASPIRADOR DE SECREÇÃO, silencioso e potente, baixo ruído de operação; - bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; - fluxo de ar de 18 litros por minuto; - leve, pesa apenas 3.5kg; - alimentação dc (bateria recarregável) - frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; - botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; - visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); - filtro para proteção contra contaminação cruzada; - acionamento através do botão liga/desliga; - grau de proteção ip22. especificações técnicas: - voltagem: 12v - dc; - consumo de energia: 36 w; - fluxo de aspiração: até 18l/min; - vácuo: 0-620 mmhg; - dimensões: 30 x 16,5 x 19 cm; - peso: 3,5 kg; - capacidade do frasco de coleta: 800ml; - comprimento do cabo de alimentação: 180 cm; - entrada do adaptador ac/dc: 100-240v ac; - saída dc: 12v dc/3.0a bateria: - tipo de bateria: nimh; - voltagem: 12v dc; - capacidade: 2000 mah; - autonomia da bateria: 40min (aproximadamente) conforme termo de referencia em anexo	UND	008	2.500,0000	20.000,000
005	00026805	BOMBA DE INFUSAO DISPLAY tela de lcd para ajustes e configurações; painel de led's para registro de volume infundido; led's indicadores de funcionamento; bomba: compatível com equipos padrão de qualquer marca; é uma bomba de infusão enteral e parenteral, que atende a alimentação e medicação; •possui alarmes audiovisuais; •sensor de gotas; •ajuste de volume de infusão pré definido; •modos de trabalho: ml/h e gotas/min; •três níveis de indicação de ocusão no sistema; •função purgar; •kvo (manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; •gravação automática da última infusão; •funcionamento por mais de 4 horas em bateria; •classe de proteção ipx4; alarmes: •indicações sonoras (bip e voz); •início da infusão; •término da infusão; •infusão da quantidade limitada encerrada; oclusão; detecção de bolhas; fechar a porta; instalação incorreta; configuração incorreta; velocidade de infusão anormal; sensor de gotas desconectado; alimentação externa desconectada; bateria fraca. volume de infusão: de 1ml a 9.999ml •taxa de infusão: modo ml/h – 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h) modo gotas/min – 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min) taxas de bolus/purgar: 100 a 1.200 ml/h	UND	010	5.200,0000	52.000,000



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 10.427.499/0001-71



(incremento de 100 ml/h) • taxa de kvo: 1 a 5 ml/h
(incremento de 1 ml/h) • oclusão: alta (800 mmhg), média (500 mmhg), baixa (300 mmhg) bateria e alimentação:
• 100~240vac, 50/60hz; bateria interna de li recarregável, capacidade =1.800mah, tensão =11,1v, tempo de backup de 4 horas na taxa de 25ml/h (taxa média designada em gb 9706.27-2005) para a nova bateria carregada por 12 horas. alimentação ac 100-240v - 50/60hz, automático.
fusível: t2al/250v, 2 pacotes instalados consumo de energia: 30va
conforme termo de referencia em anexo

72.000,00